# Mode d'emploi pour les aiguilles EBUS de COBRA MEDICAL / Medi-Globe GUS-21-18-022 et GUS 22-18-022

- Sortez l'aiguille de l'emballage
- Contrôlez si les deux vis (1 + 2) sont bien serrés et vérifiez si l'aiguille ne dépasse pas la gaine
- Enlevez du scope le bouchon en caoutchouc (valvule de biopsie) du canal opérateur
- Guidez la gaine par le canal opérateur et fixez l'aiguille sur le scope au moyen de la fermeture luer-lock
- Dévissez le vis numéro 1 et glissez la gaine vers l'intérieur jusqu'à ce que la gaine bleue soit tout juste visible sur l'image endoscopique. Ensuite serrez le vis numéro 1.
- Dévissez le vis numéro 2 et remontez l'anneau bleu et serrez le vis de nouveau
- Afin de pouvoir piquer le tissu vous devez d'abord retirer le stylet (celui-ci n'est pas biseauté mais arrondi) d'environ une ½ centimètre par dévisser le raccord luer-lock (3). Maintenant l'aiguille est acérée.
- Et vous permet ainsi de piquer le tissu. Si vous avez piqué la glande, avant tout resserrez le stylet (3), par conséquent vous poussez le tissu sain en dehors de l'aiguille.
- Maintenant vous pouvez retirer le stylet pour 10 cm et ponctionner ou bien enlever le stylet entièrement et utiliser une seringue sous vide.
- Lors de l'enlèvement de l'aiguille du scope fermez la seringue sous vide éventuelle. Dévisser le vis numéro 2 et tirer l'aiguille dans la gaine jusqu'à ce que vous voyez ▽ ▽ numéro 1 et ensuite serrez le vis numéro 2.
- Maintenant vous pouvez sortir l'aiguille du scope.
- Sortez le tissu de l'aiguille au moyen du stylet ou de la seringue
- Tournez le vis numéro 1 ainsi que le vis numéro 2 dans la position initiale et vous pouvez poursuivre la ponction suivante. Contrôlez toujours si l'aiguille ne dépasse pas la gaine avant de pousser l'aiguille à travers du scope.